

SE-2012

Grabadora Holter de 12 canales



Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas

Dimensiones

76 mm × 49 mm × 16 mm

Peso

50 g (sin batería)

Pantalla

Pantalla a todo color de 1.92"

Especificaciones de la batería

Tipo de batería

1 batería alcalina AAA, batería
LiFe o Ni-MH

Duración de la batería

24h (Frecuencia de muestreo: 1,024 Hz)

144h (Frecuencia de muestreo: 128 Hz)

Especificaciones de rendimiento

Canales

3 o 12 canales

Grabación

Exposición completa, sin compresión de datos

Respuesta de frecuencia

De 0.05 Hz a 100 Hz (-3 dB)

Impedancia de entrada

≥ 50 MΩ

CMRR

≥ 100 dB

Frecuencia de muestreo A/D

25.6 kHz

A/D

24 bits

Detección de marcapasos

±1 mV ~ ±200 mV, 0.1 ms ~ 2.0 ms

Ganancia

5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, ±5%

Transmisión de datos

A través de cable USB o lector de tarjetas SD

Almacenamiento de datos

Tarjeta Micro SD (grado industrial, 1 GB)

Nivel a prueba de polvo y agua

IP27

Funciones

Pantalla

Un canal de forma de onda; Tiempo de grabación; Hora del sistema; Identificación del paciente; Nombre del paciente; Marcador de evento.

Funciones

Detección de marcapasos; Detección de derivación desconectada; Detección de Baja energía; Función de marcador de eventos; Identificación automática del cable.