



Mesa Quirúrgica Electrohidráulica



MARCA: BAME
MODELO: 2200 SBR

Mesa rodable electrohidráulica con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.

Industrias Cobramex S.A. de C.V.

Equipo médico diseñado para profesionales



1. DESCRIPCIÓN:

- 1.1. Mesa quirúrgica electrohidráulica.
- 1.2. Controlada por microprocesador.
- 1.3. Soporta un peso de 450 Kg.
- 1.4. Con sistema de frenos, mediante pivotes de anclaje. Se puede accionar desde el control de mano o desde el control en la columna.
- 1.5. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm.
- 1.6. Base con cubierta de acero inoxidable.
- 1.7. Cubierta de la columna en acero inoxidable.
- 1.8. Estructura de la superficie en acero al carbón pintado y rieles laterales en acero inoxidable.
- 1.9. Superficie radiotransparente en todas sus secciones.
- 1.10. Mesa dividida en cinco secciones:
 - 1.10.1. Cabecera.
 - 1.10.2. Dorso.
 - 1.10.3. Elevador de riñón para dar la posición de nefrectomía.
 - 1.10.4. Pelvis
 - 1.10.5. Piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a -90 grados y con movimiento de tijera.
- 1.11. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de $\pm 60^\circ$ grados.
- 1.12. Movimientos electrohidráulicos con control de mano alámbrico para:
 - 1.12.1. Ascenso y descenso que cubre el rango de 69 a 113 cm. Con respecto al piso.
 - 1.12.2. Inclinación del respaldo para dar posición de Fowler o Semifowler, de -40° / $+80^\circ$.
 - 1.12.3. Permite dar posición de navaja sevillana.
 - 1.12.4. Trendelenburg de 0 a -30 grados.
 - 1.12.5. Trendelenburg inverso de 0 a 30 grados.
 - 1.12.6. Inclinación lateral izquierda y derecha de 20° .
- 1.13. Sistema de emergencia, por medio de control en la columna de la mesa, que activa todos los movimientos de la mesa en caso de que el control de mano falle.
 - 1.13.1 Sistema de emergencia para ajustar todas las posiciones de la mesa en caso de fallo del control de mano.
- 1.14. Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.
- 1.15. Batería de respaldo con indicador de carga.
- 1.16. Cojines independientes, uno para cada sección de la mesa, eléctricamente conductivos, removibles, sin costuras visibles.
 - 1.16.1. Permeables a los rayos X.

2. ACCESORIOS:

- 2.1. Accesorios incluidos para cirugía general de la misma marca de la mesa (Marca: BAME). Las partes metálicas de los accesorios están fabricadas en acero inoxidable:
 - 2.1.1. Arco de anestesia con fijadores.
 - 2.1.2. Poste para infusiones con fijador.
 - 2.1.3. Soporte acojinado para brazo con fijador. (2 piezas).
 - 2.1.4. Soportes para hombros acojinados con fijadores. (2 piezas)
 - 2.1.5. Soportes laterales acojinados con fijadores. (2 piezas).
 - 2.1.6. Cinturón, para paciente con fijadores (2 piezas).
 - 2.1.7. Pierneras articuladas tipo Goepel, acojinadas con fijadores. (2 piezas).
 - 2.1.8. Charola porta chasis de 35 cm x 43 cm (14 x 17 pulgadas).

3. INSTALACION

- 3.1 Instalación eléctrica: 110 a 120 V AC, 60Hz.



INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.

Camino a San Lorenzo No. 1213 Col. La Trinidad Sanctorum C.P. 72730 Puebla, México

TEL : 222 21050-42, -79, -91, -99

Email: ventas@cobramex.com

Empresa Certificada por



Sistema de Gestión Integrado
Calidad y Productos Sanitarios
ISO 9001 e ISO 13485